

B. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ROBE - PONUDA

Projekat: "VELIKO SRCE"

Referentni broj objavljenja: VS-3

	NAZIV	Količina	Jedinična cena bez PDV-a	Ukupna cena bez PDV-a	Jedinična cena sa PDV	Ukupna cena sa PDV
1	Кревети болнички мотуношћу подизање јатланга: Израђен од челичних профилла завршно заштићених пластифицирањем, мануелно подизање леђног сегмента, лежећа површина израђена од челичне жиље у облику мреже са отворима 50x50mm, странице кревета израђене су од АБС-а са могућношћу складња чиме се обезбеђује боби приступ пацијенту. Тонкови са коничним пречником минимум 125mm Понуђени кревет мора поседовати решење АЛИМС	7				
2	Антидекубитални душек са непропусном навлаком: Душек, антидекубитални, висине минимум 14cm, израђен искључиво од пне густине 30kg/m3 сировинског сastава 100% полиуретан. Навлака која је водонепропуствна, паропропуствна, и има могућност искувања на 95°, има могућност стерилизације на температурома од 134 степена, горњи слој израђен од 100% полиуретана. Димензија душека мора одговарати димензијама кревета. Понуђач мора доставити сертификат издат од стране независне акредитоване лабораторије, којим се доказује да је пена антидекубиталног душека тражене густине од 30kg/m3 и да је скровински сastав 100% полиуретан. Понуђач мора доставити сертификат којим се доказује да је навлака: водонепропуствна; да се може искувати на 95° и да нема значајног скупљања тј. у просеку по ширини и дужини максимално до 5%; Да се може излагати стерилизацији тј. Температурома од 134 степени, и да нема значајног скупљања тј. у просеку по ширини и дужини максимално; Да је горњи слој (на ком се лежи) израђен од 100% полиуретана. Понуђени душек мора поседовати решење АЛИМС.	7				

Datum:
Mesto:

M.P.

pečat i potpis ponuđača